

Số: 1226 /KSBT-DVTTYT

Ninh Bình, ngày 16 tháng 12 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức cung cấp hàng hóa tại Việt Nam.

Ngày 29/11/2025 Trung tâm kiểm soát bệnh tật có Yêu cầu báo giá Lần 1 Mua sắm hàng hóa phục vụ công tác giám sát nước năm 2025, các báo giá trên chưa đáp ứng được theo đúng yêu cầu của Trung tâm.

Để triển khai nhiệm vụ chuyên môn kịp thời theo kế hoạch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện yêu cầu báo giá Lần 2: Mua sắm hàng hóa phục vụ công tác giám sát nước năm 2025 để tham khảo, làm cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức việc đấu thầu theo quy định; Trung tâm kính đề nghị Quý Công ty, các đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, bảo trì tại Việt Nam có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá đối với các danh mục theo yêu cầu, cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Lê Thị Thu Hiền, Cán bộ khoa Dược – Vật tư y tế

Số điện thoại: 0963665068

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Các nhà cung cấp dịch vụ gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về: khoa Dược – Vật tư y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình (địa chỉ: Đường Lê Thái Tổ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; số điện thoại: 0963665068).

- Nhận qua Email: duocvtyt.cdcbn@gmail.com (thời điểm báo có thư đến).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17 giờ 00 phút ngày 16 tháng 12 năm 2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 12 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.



II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu:

STT	Tên vật tư, hóa chất	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Đèn cathode rỗng đơn nguyên tố Antimol (Sb)	- Nguyên tố (Element): Antimony (Sb) - Bước sóng phân tích chính: 217.6 nm - Đường kính ngoài: 38 mm - Cường độ dòng đèn tối đa: 15 mA - Độ nhạy và độ ổn định: Đáp ứng tiêu chuẩn của Agilent đối với máy 240FS AA	Cái	01
2	Đèn cathode rỗng đơn nguyên tố Nickel (Ni)	- Nguyên tố (Element): Nickel (Ni) - Bước sóng phân tích chính: 232.0 nm - Đường kính ngoài: 38 mm - Cường độ dòng đèn tối đa: 10 mA - Độ nhạy và độ ổn định: Đáp ứng tiêu chuẩn của Agilent đối với máy 240FS AA	Cái	01
4	Đèn cathode rỗng đơn nguyên tố Molybden (Mo)	- Nguyên tố: Molybden (Mo) - Bước sóng phân tích chính: 313.3 nm - Đường kính ngoài: 38 mm - Cường độ dòng đèn tối đa: 15 mA - Độ nhạy và độ ổn định: Đáp ứng tiêu chuẩn của Agilent đối với máy 240FS AA	Cái	01
5	Đèn cathode rỗng đơn nguyên tố Nhôm (Al)	- Nguyên tố: Nhôm (Al) - Bước sóng phân tích chính: 309.3 nm - Đường kính ngoài: 38 mm - Cường độ dòng đèn tối đa: 15 mA - Độ nhạy và độ ổn định: Đáp ứng tiêu chuẩn của Agilent đối với máy 240FS AA	Cái	01
6	Partition tubes (coated) - GTA	- Vật liệu: Graphite tinh khiết, độ bền cao - Lớp phủ: Pyrolytic coating (hoặc equivalent) - Kiểu tube: Partition – có vách phân chia nhiệt	Hộp 10 cái	03

2. Yêu cầu khác: Đơn vị gửi theo hồ sơ năng lực, kinh nghiệm theo quy định gồm:

- Hồ sơ pháp lý của đơn vị.
- Bản mô tả năng lực của đơn vị.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các nhà cung cấp hàng hóa. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, DVTYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đỗ Công Chiến