

SỞ Y TẾ NINH BÌNH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT

Số: 358/KSBT-DUOC
V/v mời báo giá Hóa chất sinh phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh Hóa chất sinh phẩm

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua hóa chất sinh phẩm sử dụng trong 12 tháng tại Trung tâm (có phụ lục danh mục kèm theo). Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu, đơn vị đề nghị Quý Công ty báo giá các mặt hàng trên.

Lưu ý: (Công văn này thay đổi bổ sung cho công văn số 324/KSBT-DVT ngày 17/4/2023) Các công ty có thể báo giá các mặt hàng tương đương có cùng nhóm tác dụng, cùng công năng sử dụng với các mặt hàng có trong danh mục báo giá;

- Thời gian nhận báo giá: trước 17h00 ngày 30/4/2023;
- Yêu cầu báo giá: bằng văn bản, phải có thời hạn báo giá; có địa chỉ cụ thể/mã số thuế của đơn vị báo giá; có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện và dấu của đơn vị báo giá;

- Hình thức nhận báo giá:

+ Báo giá gửi về địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình; Đường Lê Thái Tổ - Phường Nam Thành - Thành phố Ninh Bình; SĐT: 02293871137; **chỉ nhận báo giá qua Văn thư Trung tâm.**

(Danh mục các mặt hàng mời báo giá và biểu mẫu báo giá được đăng tải trên Website trung tâm theo địa chỉ: <http://cdc.ninhbinh.gov.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/thu-moi-bao-gia>).

Kính mời các công ty tham gia báo giá, trân trọng cảm ơn./. *vn*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Trung tâm;
- Lưu: VT, K.Dược.

GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Nam

SỞ Y TẾ NINH BÌNH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

(Kèm Công văn số 358/KSBT-DUOC ngày 24 tháng 4 năm 2023 về việc mời báo giá các mặt hàng hóa chất sinh phẩm)

PHỤ LỤC

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Ghi chú
1	Dung dịch pha loãng	Lít	- Dùng để pha loãng máu - Tuong thích với máy ABX Micros ES60 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	30	
2	Dung dịch rửa	Lít	- Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học - Tuong thích với máy ABX Micros ES60 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	2	
3	Dung dịch ly giải hồng cầu	Lít	- Dùng để ly giải màng tế bào hồng cầu - Tuong thích với máy ABX Micros ES60 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1	
4	Dung dịch rửa đậm đặc	ml	- Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học - Tuong thích với máy ABX Micros ES60 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	500	
5	Dung dịch pha loãng	Lít	- Dùng để pha loãng máu - Tuong thích với máy Celltac α MEK-6510K - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	216	
6	Dung dịch ly giải hồng cầu	Lít	- Dùng để ly giải màng tế bào hồng cầu - Tuong thích với máy Celltac α MEK-6510K - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	6	
7	Dung dịch rửa	Lít	- Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học - Tuong thích với máy Celltac α MEK-6510K - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	60	
8	Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol	Hộp	- Định lượng nồng độ CHOLESTEROL - Số test tối thiểu/hộp: 800 test - Tuong thích với máy Evolution 3000 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1	

9 lượng CREATININE	Hộp	- Định lượng nồng độ CREATININE - Số test tối thiểu/ hộp: 400 test - Tuong thích với máy Evolution 3000 và Mindray BA-88A - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1	
10 lượng GLUCOSE	Hộp	- Định lượng nồng độ GLUCOSE - Số test tối thiểu/ hộp: 800 test - Tuong thích với máy Evolution 3000 và Mindray BA-88A - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1	
11 lượng AST/GOT	Hộp	- Định lượng nồng độ AST/GOT - Số test tối thiểu/ hộp: 700 test - Tuong thích với máy Evolution 3000 và Mindray BA-88A - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1	
12 lượng ALT/GPT	Hộp	- Định lượng nồng độ ALT/GPT - Số test tối thiểu/ hộp: 700 test - Tuong thích với máy Evolution 3000 và Mindray BA-88A - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1	
13 lượng TRIGLYCERIDES	Hộp	- Định lượng nồng độ TRIGLYCERIDES - Số test tối thiểu/ hộp: 800 test - Tuong thích với máy Evolution 3000 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1	
14 nguyên virus Viêm gan B	Test	- Phát hiện kháng nguyên bề mặt HBsAg trong máu huyết thanh, huyết tương. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	200	
15 Test nhanh định tính kháng thể kháng virus viêm gan C	Test	- Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong máu huyết thanh, huyết tương. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	100	

ĐƠN VỊ
TÉ

16	Test nhanh định tính kháng nguyên CHLAMYDIA	Test	<ul style="list-style-type: none"> - Phát hiện định tính kháng nguyên Chlamydia trên mẫu phẩm: dịch cổ tử cung nữ, dịch niệu đạo nam, nước tiểu nam. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	200	
17	Test nhanh định tính kháng thể kháng virus HIV	Test	<ul style="list-style-type: none"> - Sinh phẩm được ban hành trong Hướng dẫn Quản Lý, Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của BYT năm 2015 và nằm trong khuyến cáo phuong cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương - Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 và HIV-2 và phân biệt HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. - Độ nhạy 100% - Độ đặc hiệu ≥ 99,8% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	5200	
18	Test nhanh định tính kháng thể kháng virus HIV	Test	<ul style="list-style-type: none"> - Sinh phẩm được ban hành trong Hướng dẫn Quản Lý, Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của BYT năm 2015 và nằm trong khuyến cáo phuong cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương - Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tối 60 phút, không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm (chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương - Độ nhạy 100% - Độ đặc hiệu ≥ 99,75% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	200	

19	Test nhanh định tính kháng thẻ kháng virus HIV	Test	<ul style="list-style-type: none"> - Sinh phẩm được ban hành trong Hướng dẫn Quản Lý, Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của BYT năm 2015 và nằm trong khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương - Định tính phát hiện kháng thẻ kháng virus HIV tuýp 1 (bao gồm nhóm O) và hoặc HIV tuýp 2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. - Độ nhạy 99,9% - Độ đặc hiệu ≥ 99,6% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Dạng khay
20	Test ma túy 4 chỉ số AMP- THC-MOP-MET	Test	<ul style="list-style-type: none"> - Phát hiện định tính ma túy có trong mẫu nước tiểu - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
21	Test nhanh định tính kháng thẻ kháng Treponema pallidum (giang mai)	Test	<ul style="list-style-type: none"> - Định tính phát hiện kháng thẻ kháng TP (IgM, IgG, IgA) trong huyết thanh hoặc huyết tương. - Độ nhạy 100% - Độ đặc hiệu ≥ 99,7% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
22	Hóa chất đếm CD4	Test	<ul style="list-style-type: none"> - Xác định được số lượng tế bào lympho CD4 và phân trăm CD4 trong mẫu máu toàn phần. - Tương thích với máy CD4 BD FACSCount - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
23	Test thử nước tiểu 10 thông số	Test	<ul style="list-style-type: none"> - Xét nghiệm 10 thông số Glucose, Bilirubin, Ketone, Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Leukocyte Esterase - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
24	Thuốc nhuộm Hematoxylin	ml	<ul style="list-style-type: none"> - Thành phần tối thiểu gồm: Ethylene glycol nồng độ từ 20-30%, Aluminium Sulphate nồng độ từ 1-3%
25	EA 50	ml	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng cho nhuộm tế bào âm đạo, cổ tử cung, tiền liệt tuyến và các dịch tiết cơ thể khác

THÀNH PHẦN
OAT RẤT
BÌNH HẲN

26	OG 6	ml	- Nhuộm té bào chất của té bào trưởng thành và keratin hóa trong té bào học	500	
	Tổng cộng: 26 mặt hàng				

NH-B7